



中华人民共和国 道路运输经营

苏交运管许可盐字 320924500002 号

业户名称:江苏神华物流有限公司 地址:江苏省盐城市射阳县临海镇生态染整工业集中区内

经营范围:道路普通货物运输,道路货物运输站,经营性道路危险货物运输(3类,4类1项,4类2项,4类3项,5类1项,5类2项,6类1项,8类,9类,危险废物)(剧毒化学品除外)



证件有效期: 2016年01月29日至2020年01月28日

2016年01月29日



中华人民共和国交通运输部监制

声 明

- 一、本检测报告涂改、增删无效；
- 二、本检测报告仅对当次检测有效，送检样品仅对来样负责。不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 三、未经本公司同意，不得以任何方式复制本检测报告。经同意复制的复制件，应由本公司加盖公章确认。
- 四、用户对本检测报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出，逾期概不受理。
- 五、本检测报告及检测机构名称不得用于广告宣传。
- 六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地址：泰州市海陵区梅兰东路 8 号躬行楼 4 楼

邮编：225300

电话：0523-86159520

传真：0523-86159520

泰科检测科技泰州有限公司

检测报告

受检单位	泰州市惠民固废处置有限公司		地址	茅山镇	
联系人	范增明	电话	13806471722	邮编	225700
仪器生产厂家	测试仪器	生产厂家		仪器型号、编号	
	烟气CEMS在线监测仪	ABB及南京霍普斯科技有限公司		MBGAS-3000	
测试日期	2016年11月30日			测试人	张季康、刘显明
检测依据	《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》(HJ/T75-2007)				
检测内容	颗粒物、一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、湿度、含氧量、流速、烟温、氯化氢				
结论	具体监测结果见2~3页。				
编制	殷碧云		检测单位报告专用章		
审核	刘宇卿				
签发	张				
	职务	总经理		签发日期	2017年2月9日



废气检测结果比对

检测日期			2016年11月30日					
采样点位			1#排气筒			2#排气筒		
项目	1# 采样 时间	2# 采样 时间	参比方法	仪器	相对误差 %	参比方法	仪器	相对误差 %
颗粒物 mg/m ³	12:39	13:15	58	53	-4.6	17	15	-8.9
	12:43	13:17	60	56		22	20	
	12:44	13:21	59	56		19	20	
	12:45	13:23	62	57		23	19	
	12:49	13:26	66	69		20	18	
一氧化碳 mg/m ³	12:43	13:15	4.23	4.00	-4.6	1.43	1.28	-9.0
	12:44	13:17	3.47	3.16		1.60	1.59	
	12:45	13:21	2.64	2.55		1.65	1.48	
	12:49	13:23	2.71	2.63		1.31	1.19	
	12:52	13:26	4.19	4.13		1.22	1.03	
二氧化碳 mg/m ³	12:39	13:15	5.82	5.76	-2.6	5.13	5.07	-2.7
	12:43	13:17	6.11	5.92		5.43	5.27	
	12:44	13:21	6.03	5.82		5.75	5.67	
	12:45	13:23	6.30	5.99		5.78	5.55	
	12:49	13:26	7.06	6.99		5.56	5.35	
二氧化硫 mg/m ³	12:39	13:15	26	25	-11.7	11	10	-14.9
	12:43	13:17	25	22		15	12	
	12:44	13:21	25	21		14	13	
	12:45	13:23	24	20		13	11	
	12:49	13:26	28	25		14	11	
氯化氢 mg/m ³	12:39	13:15	1.57	2.81	71.7	ND	2.12	344
	12:43	13:17	1.34	3.08		0.667	2.76	
	12:44	13:21	2.73	3.12		0.786	2.95	
	12:45	13:23	1.56	3.35		0.900	2.62	

废气检测结果比对

检测日期			2016年11月30日					
采样点位			1#排气筒			2#排气筒		
项目	1# 采样 时间	2# 采样 时间	参比方法	仪器	相对误差 %	参比方法	仪器	相对误差 %
湿度 %	12:39	13:15	6.1	5.8	-2.5	9.2	8.9	-2.5
	12:43	13:17	7.0	6.9		12.2	11.8	
	12:44	13:21	6.9	7.0		13.3	12.4	
	12:45	13:23	8.1	7.7		11.3	11.4	
	12:49	13:26	12.1	11.8		10.2	10.3	
含氧 量 %	12:39	13:15	6.2	5.8	-4.2	9.1	8.9	-1.4
	12:43	13:17	7.3	6.9		12.1	11.8	
	12:44	13:21	7.4	7.0		12.6	12.4	
	12:45	13:23	8.0	7.7		11.3	11.4	
	12:49	13:26	12.0	11.8		10.5	10.3	
流速 m/s	12:39	13:15	8.1	8.1	-4.3	9.8	10.8	5.7
	12:43	13:17	8.3	8.0		10.5	10.8	
	12:44	13:21	8.5	7.8		10.3	10.8	
	12:45	13:23	8.6	8.1		10.1	10.8	
	12:49	13:26	8.2	7.9		10.4	10.8	
烟温 ℃	12:39	13:15	63	59	-3.6	63	59	-5.7
	12:43	13:17	64	61		65	61	
	12:44	13:21	61	60		62	60	
	12:45	13:23	60	59		64	59	
	12:49	13:26	61	59		62	59	
以下空白								





161012050340



检 测 报 告

Test Report

泰科环检（水）字（2018）第 436 号

项目名称 水质在线监测仪比对检测
检测类别 委托检测
委托单位 泰州市惠民固废处置有限公司
报告日期 2018 年 8 月 30 日

泰科检测科技江苏有限公司

Tech Testing Technology Jiangsu CO., Ltd.

地址：泰州市海陵区梅兰东路 8 号躬行楼 4 楼

邮编：225300

网址：www.techtesting.cn

电话：0523-86159520

传真：0523-86159520

声 明

- 一、本检测报告涂改、增删无效；
- 二、本检测报告仅对当次检测有效，送检样品仅对来样负责。不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 三、未经本公司同意，不得以任何方式复制本检测报告。经同意复制的复制件，应由本公司加盖公章确认。
- 四、用户对本检测报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出，逾期概不受理。
- 五、本检测报告及检测机构名称不得用于广告宣传。
- 六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地址：泰州市海陵区梅兰东路 8 号躬行楼 4 楼

邮编：225300

电话：0523-86159520

传真：0523-86159520